



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.18.2019/5

Kępno, dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Razem z szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno**”- zakup i dostawa wyposażenia

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Kępno, udziela następujących odpowiedzi:


Pytanie nr 1

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Poz. 1.1 Łóżko rehabilitacyjne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek o parametrach:

- szerokość całkowita 103 cm
- długość całkowita 214 cm



spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również łóżka o wskazanych w pytaniu parametrach. Podane gabaryty (długość, szerokość) mieszczą się w opisanym w SIWZ zakresie tolerancji 10%.

Pytanie nr 2

Poz. 1.12 Schodołaz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie schodołazu o parametrach;




PARAMETRY TECHNICZNE

masa całkowita wyrobu	58 kg
– masa modułu napędowego	46 kg
– masa dyszla	12 kg
dopuszczalne obciążenie	130 kg (150 kg, 160 kg opcjonalnie)
moc silnika	300W+40W (trakcja+podnoszenie)
ledowy wskaźnik	światlny wskaźnik punktu równowagi
największe wymiary	144 x 67 x 99 cm
minimalna szerokość klatki schodowej	77 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „L”)	98 x 98 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „U”)	98 x 170 cm
maksymalne nachylenie schodów	70% = (35°)
manewrowanie produktu	wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu
maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem)	15 (stopnie/minutę)
parametry akumulatora	12V. 27 A/h
parametry zasilania ładowarki	100+240V; 50-60Hz
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg)	27 pięter
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg)	22 pięter
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę	4 piętra
czas ładowania akumulatorów	8 godzin
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 + 50°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 + 40°C
wymiary opakowania	116 x 60 x 43 cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również schodolaz o parametrach opisanych w pytaniu.

Z poważaniem

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz

