



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.18.2019/11

Kępno, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Razem z szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno**”- zakup i dostawa wyposażenia

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Kępno, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego - poz. nr 1.3 Wózek ortopedyczny.

Czy Zamawiający wymaga aby wózek posiadał regulację kąta zgięcia podnóżka;



Czy regulację kąta płyty podnóżka



Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SOPZ – zał. nr 6 do SIWZ, pkt 1.3., Zamawiający wymaga aby wózek ortopedyczny posiadał możliwość odchylenia podnóżków oraz możliwość regulacji wysokości podnóżków.


Pytanie nr 2

Stolik przyłóżkowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika przyłóżkowego nie będącego wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych o parametrach

Duży zakres regulacji, laminowany blat z podwyższonymi krawędziami, zabezpieczającymi przedmiot przed zsuwaniem się. Łatwa regulacja wysokości za pomocą jednej tylnej śruby. Nachylenie blatu regulowane bezstopniowo do 45° w każdą stronę za pomocą śruby z mechanizmem zaciskowym. Blat posiada też regulację poziomego wysunięcia w stosunku do podstawy.

Stoliki: wymaga 10 cm przestrzeni pod łóżkiem.



(ATESTOWANY, POSIADA CERTYFIKAT CE)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika przyłóżkowego o parametrach;



Stolik jest przeznaczony dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Posiada solidną konstrukcję, regulowaną wysokość. Blat stolika składa się z dwóch części: stałej i obracanej, dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Służy do spożywania posiłków i dodatkowo umożliwia wykonywanie takich czynności jak na przykład pisanie bądź czytanie. Ponadto, wyrób posiada dodatkowe listwy, które zapobiegają zsuwaniu się posiłków i przedmiotów. Stolik jest wyposażony w 4 kółka z hamulcami.

Parametry:

Masa wyrobu: 9,2 kg

Długość całkowita blatu: 82 cm

Długość części obracanej blatu: 60 cm

Szerokość blatu: 38 cm

Wysokość minimalna: 75 cm

Wysokość maksymalna: 118 cm

Dopuszczalne obciążenie blatu: 5 kg

Spełniający pozostałe wymagania SIWZ?



UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO, tel. 62 78 25 805, 62 78 25 810, fax. 62 78 25 840,
e-mail: kepno@um.kepno.pl, www.kepno.pl


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie stolika przyłóżkowego nie będącego produktem medycznym.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gabaryty oferowanych produktów (długość, wysokość, szerokość) powinny mieścić się w opisanym w zał. Nr 6 do SIWZ zakresie - z tolerancją 10%.

Pytanie nr 3


Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego - poz. 1.9 Stacjonarne krzesło toaletowe; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła toaletowego o parametrach;

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gabaryty oferowanych produktów (długość, wysokość, szerokość) powinny mieścić się w opisanym w zał. Nr 6 do SIWZ zakresie - z tolerancją 10%.

Pytanie nr 4

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego - poz. 1.10 Krzesło toaletowe na kołach; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła toaletowego na kołach o parametrach;



A Szerokość całkowita: 56 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita: 47 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 59-69 cm
E Wysokość całkowita: 89-99 cm
F x G Wymiar siedziska: 38 cm x 40 cm
 Waga: 8,0 kg
 Maksymalne obciążenie: 120 kg
 +/- 0,5-1 cm



Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gabaryty oferowanych produktów (długość, wysokość, szerokość) powinny mieścić się w opisanym w zał. Nr 6 do SIWZ zakresie - z tolerancją 10%.

Pytanie nr 5

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego - poz. 1.3 Wózek Ortopedyczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach

- wysokość oparcia 42 cm
- szerokość siedziska 46 cm
- wysokość siedziska 47 - 53 cm
- szerokość całkowita 64 cm.



Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gabaryty oferowanych produktów (długość, wysokość, szerokość) powinny mieścić się w opisanym w zał. Nr 6 do SIWZ zakresie - z tolerancją 10%.

Pytanie nr 6

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego - poz. 1.8 Koncentrator tlenu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratora o wymiarach 49 x 27 x 56 cm - spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gabaryty oferowanych produktów (długość, wysokość, szerokość) powinny mieścić się w opisanym w zał. Nr 6 do SIWZ zakresie - z tolerancją 10%.

Z poważaniem

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz